

CERTIFIKÁT EÚ SKÚŠKY TYPU

EU – type examination certificate

Číslo dokumentu: SK 09-MI001-SMU008 Revízia 6
Document number: Revízia 6 nahrádza certifikát zo dňa 29. marca 2018 *Revision 6*
Revision 6 replaces the certificate issued by March 29, 2018

V súlade s: nariadením vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu
In accordance with: Government Ordinance of the Slovak Republic No. 145/2016 Coll. relating to the making available on the market of measuring instruments, which implemented the Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments

Žiadateľ: Elster Water Metering Ltd, Sundon Park, Luton, 130 Camford Way, LU3 3AN Bedfordshire, UNITED KINGDOM
Applicant:

Výrobca: Elster s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Slovakia
Manufacturer:

Druh meradla: Vodomer (MI-001)
Type of instrument: Water meter (MI-001)

Označenie typu: H 4000
Type designation:

Základné požiadavky: príloha č. 1 a príloha č. 3 Vodomery (MI-001) k nariadeniu vlády SR č. 145/2016 Z. z.
Essential requirements: Annex No. 1 and Annex No. III Water meters (MI-001) to Government Ordinance of SR No. 145/2016 Coll.


Platnosť do: 7. júna 2029
Valid until: June 7, 2029

Notifikovaná osoba: Slovenský metrologický ústav 1781
Notified body: Slovak Institute of Metrology 1781

Dátum vydania: 7. júna 2019
Date of issue: June 7, 2019

Základné charakteristiky, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tohto certifikátu. Certifikát vrátane prílohy má spolu 13 strán.
Essential characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the appendix hereto, which forms the part of the certificate. The certificate including the appendix contains 13 pages.




Emanuel Godál
zástupca notifikovanej osoby
representative of notified body

Poznámka: Tento certifikát EÚ skúšky typu môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený. Bez podpisu a odtlačku pečiatky je neplatný.

Note: This EU-type examination certificate shall not be reproduced except in full. Certificates without signature and stamp are not valid.